



耐水試験機
IP試験は出来ません



※注意点

- ・ 試料はテーブルの中心に配置出来るようにして下さい。
- ・ テーブル中央から放水管までの最短距離は約370mmなので、試料は最大でも半径350mmの半球に納まる大きさにして下さい。



耐荷重は10kg

通電も可能ですが、通電する場合はテーブルを回す事が出来ません。

